





SIWE nr. 195	Converter Radiometer MSK1a	
Doel:	?	
Type:	MSK1a serienr. 16296	
   		
	afgenomen omkasting	bovenkant
		onderkant
Bouwer:	Radiometer Kopenhagen	Bouwjaar: ca 1955
Afkomst:	Gift van dhr Nap van Zuuren	
Afmetingen:	BxDxH kist: 49x15x25 cm Gewicht: 12 kg	
Materiaal	Ijzer, koper, elektrische componenten, 6 lampen: 2x ECC81 2x EF95 EF80 85A2 2 Se-bruggelijkrichers B250C90 en SR250B100	
Werkwijze:	ingang: Z= 75 Ω max.:0,5V; uitgang: Z=75 Ω x1 en High Output Centrale draaischakelaar + KC – met schaalverdeling: 300, 200, 100, 0, 100, 200, 300 Het juiste doel van het toestel in mij nog onbekend; alles lijkt normaal te werken, doch draaien aan de centrale regelknop heeft geen invloed. De vorm van het HF-uitgangssignaal blijft dezelfde als het ingangssignaal	
Staat	goed, maar wellicht is er toch ergens iets defect.	
Nwe bestem.		
Opmaak:	A.B. op 15.11.2017 - laatste aanpassing 15.11.2017	e-mail: alex.baerts@skynet.be